

STAMMOPUR RD 5

Čistič lékařských nástrojů

pro ultrazvuk • koncentrát • alkalický •

pro zubní laboratoř a ordinaci

MD C E

Čištění a předčištění částí a dentálních nástrojů

Koncentrát pro odstranění nečistot z obrobků, jako jsou korunky, implantáty, protézy z výroby a zdravotnické prostředky a nástroje z opracování v zubní laboratoři.

Koncentrát pro ruční čištění a předčištění při úpravě nástrojů – jak v ultrazvukových lázních, tak v ponorných lázních –

dentálních, chirurgických, invazivních a neinvazivních lékařských nástrojů a příslušenství a součástí zdravotnických prostředků

v zubní ordinaci, na zubní klinice, v čelistní chirurgii a ortodoncii.

Velmi vysoká materiálová snášenlivost, vhodný pro díly z ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, titanu, skla, porcelánu, keramiky a plastu. V případě pochybností předem vyzkoušejte.

Nehodí se pro použití na hliník a materiály citlivé na alkálie, jako např. měď, mosaz, cín, zinek.

Použití v ultrazvukové lázni (dávkování • doba působení)

3 % • 3–10 min.

Použití bez ultrazvuku (dávkování • doba působení)

5 % • max. 60 min;

v závislosti na typu a odolnosti znečištění

Aplikace se provádí zředěním vodou minimálně v kvalitě pitné vody a bez dalších přísad. Zajistěte úplné namočení. Po ošetření díly důkladně opláchněte vodou a osušte. V případě viditelných nečistot pracovní roztok okamžitě vyměňte, nejpozději však denně.

V případě čerstvé krve a zbytků bílkovin používejte za studena (fixace bílkovin); pro odolné nečistoty lze roztok zahřát až na 60 °C.

Informace o výrobku naleznete na adrese www.dr-stamm.de.

Pouze pro profesionální uživatele.

Alkalický (pH 10,9 při 1% koncentraci v demineralizované vodě), biologicky odbouratelný

Složení

5–15 % aniontové tensidy, 5–15 % neiontové tensidy, 5–15 % fenoly, <5 % hydroxid sodný, komplexotvorné látky, alkohol.

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

+P338 jsou-li nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Nebezpečí



UFI-Code: 8M00-Q0KU-P00P-FPU2

Závažné události týkající se výrobku musí být nahlášeny společnosti DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik a příslušnému orgánu.

Basis-UDI-DI: ++G014STRD507YB

Tento návod k použití je překladem. Závazné vydání je německá verze.

S 3080/07e – 2023/01cs



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Bezpečnostní listy ES a informace o výrobku ve formátu
PDF ke stažení na adrese www.dr-stamm.de.