

STAMMOPUR RD 5

Limpiador de instrumentos

para ultrasonido • concentrado • alcalino •

para el laboratorio dental y la consulta



Limpieza y limpieza previa de piezas de trabajo e instrumentos dentales

Concentrado para la eliminación de impurezas en piezas de trabajo, como coronas, implantes, prótesis de fabricación, así como productos sanitarios y herramientas del mecanizado en el laboratorio dental.

Concentrado para la limpieza manual y la limpieza previa en el tratamiento de instrumentos, tanto en baño de ultrasonidos como en proceso de baño de inmersión, de

instrumentos y accesorios sanitarios generales, quirúrgicos, invasivos y no invasivos, y componentes de productos sanitarios,

en consulta dental, clínica dental, cirugía maxilofacial y ortodoncia.

La compatibilidad de los materiales es muy elevada, adecuada para piezas de acero inoxidable, acero de grado quirúrgico, titanio, vidrio, porcelana, cerámica y plástico; en caso de duda, se debe comprobar previamente.

No adecuado para su uso en aluminio y materiales sensibles a los álcalis, como p. ej. cobre, latón, estaño, cinc.

Uso en baño de ultrasonidos (Dosificación • Tiempo de actuaciónn)

3 % • 3 – 10 min

Uso sin ultrasonidos (Dosificación • Tiempo de actuación)

5 % • máx. 60 min;

en función del tipo y la dureza de la contaminación

Se usa diluido con agua con una calidad mínima de agua potable y sin aditivos. Asegúrese de que el humedecimiento sea total. Tras el tratamiento, lave bien las piezas con agua y séquelas. Cambie inmediatamente la solución de uso en caso de suciedad visible, a más tardar cada día.

En caso de restos de sangre y proteína frescos, aplique en frío (fijación de proteínas); en caso de suciedad persistente, la solución se puede calentar hasta 60 °C.

Tenga en cuenta la información del producto en www.dr-stamm.de.

Solo para uso profesional.

Alcalino (pH 10,9 al 1 % en agua desionizada), biodegradable.

Composición

5-15 % tensioactivos aniónicos, 5-15 % tensioactivos no iónicos, 5-15 % fenoles, <5 % hidróxido de sodio, agentes complejantes, alcohol.

Indicaciones de peligro

- H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
+P338 varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse
con facilidad. Proseguir con el lavado.

Peligro



UFI-Code: 8M00-Q0KU-P00P-FPU2

Los incidentes graves relacionados con el producto deben comunicarse a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik y a la autoridad competente.

Basis-UDI-DI: ++G014STRD507YB

Estas instrucciones de uso son una traducción. La edición vinculante es la versión alemana.
S 3080/07e – 2023/01es



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Fichas de datos de seguridad de la CE e información
sobre el producto en formato PDF en www.dr-stamm.de