

STAMMOPUR Z

Rimuov per cemento e detergente per protesi

per ultrasuoni • concentrato

MD CE

Pulizia preliminare di strumenti e accessori, nonché pulizia di protesi dentali e ortesi

Concentrato per la rimozione del cemento e la pulizia di protesi in ambito odontoiatrico in bagno a ultrasuoni di strumenti, accessori e componenti di dispositivi medici, nonché protesi dentali e ortesi nuove e usate

nell'ambulatorio dentistico, nella clinica odontoiatrica, nella chirurgia maxillofacciale, in ortodonzia e nel laboratorio odontoiatrico.

Elevata compatibilità con i materiali, adatto per componenti in acciaio inox, metallo nobile, titanio, vetro, ceramica, porcellana e plastica. In caso di dubbio, è necessario testarlo preventivamente.

Non adatto per materiali sensibili agli acidi come metalli leggeri e in caso di cromatura danneggiata.

Elevato effetto pulente, che tuttavia diventa efficace solo in connessione con l'azione degli ultrasuoni nel bagno a ultrasuoni.

Utilizzo in bagno a ultrasuoni (dosaggio • tempo d'azione)

5% • 3-10 min

Utilizzare esclusivamente con la sonicazione indiretta.

L'utilizzo nel bagno a ultrasuoni avviene esclusivamente per la sonicazione indiretta in recipienti di raccolta, come ad es. vasca di sospensione in plastica o in vetro.

L'utilizzo avviene con diluizione con acqua di qualità almeno potabile e senza ulteriori additivi.

Non applicare con acqua calda, non riscaldare ulteriormente. Assicurarsi di avere effettuato un'irrorazione completa. Dopo il ritrattamento, sciacquare accuratamente i componenti con acqua e asciugare. Per eliminare le macchie, sciacquare con acqua demineralizzata. La soluzione usata deve essere sostituita immediatamente in caso di impurità visibili o, al più tardi, ogni giorno lavorativo.

Successivamente si procede al trattamento secondo le raccomandazioni regionali (pulizia, disinfezione, disinfezione finale o sterilizzazione a seconda della classificazione degli strumenti).

Per le protesi, il trattamento successivo prima dell'inserimento nel paziente deve essere eseguito in conformità alle normative igieniche locali.

Quando si puliscono protesi/ortesi usate, la soluzione deve essere preparata per ogni protesi/ortesi da pulire al fine di evitare la contaminazione incrociata.

Osservare le informazioni sul prodotto riportate sul sito www.dr-stamm.de.

Solo per uso professionale.

Fortemente acido (pH 1,9 a 1% in acqua demineralizzata), biodegradabile.

Composizione

>30% acido fosforico, 5-15% tensioattivi non ionici, 5-15% tensioattivi cationici, inibitore.

Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

+P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Pericolo



UFI-Code: JQ00-7098-0006-41E4

Eventi gravi in relazione al prodotto devono essere segnalati a DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik e alle autorità competenti.

Basis-UDI-DI: ++G014STZ0866

Le presenti istruzioni per l'uso sono una traduzione. L'edizione rilegata è la versione tedesca.

S 3050/09e – 2023/01it



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

Le schede di sicurezza CE e le informazioni sui prodotti
possono essere scaricate in formato PDF
da www.dr-stamm.de.