

STAMMOPUR Z

Cementverwijderaar en prothesereinigser

voor ultrageluid • concentraat



Voorreiniging van instrumenten en toebehoren en reiniging van tandprothesen en orthesen

Concentraat voor het verwijderen van cement en prothesereiniging in het tandheelkundige bereik in het ultrasoonbad van

instrumenten, toebehoren en componenten van medische producten, nieuwe en gedragen tandprothesen en orthesen

in tandartspraktijken, tandheelkunde, kaakchirurgie, orthodontie en tandheelkundige laboratoria.

Zeer hoge materiaalcompatibiliteit, geschikt voor delen van roestvrij staal, edelmetaal, titanium, glas, keramiek, porselein en kunststof, in geval van twijfel moet deze vooraf worden getest.

Niet geschikt voor zuurgevoelige materialen zoals lichte metalen en bij beschadigde verchroming.

Hoge reinigende werking, die echter pas in combinatie met de ultrasone inwerking in het ultrasoonbad werkzaam wordt.

Gebruik in het ultrasoonbad (dosering • inwerktijd)

5 % • 3 – 10 min

Uitsluitend gebruiken met indirecte sonificatie.

Het gebruik vindt in het ultrasoonbad uitsluitend plaats met indirecte sonificatie in inzetbekers, zoals inhangbak van kunststof of beerglass.

De toepassing gebeurt verdund met water van minimaal drinkwaterkwaliteit en zonder verdere toevoegingen. Niet met warm water toepassen, niet extra verwarmen. Op volledige bevochtiging letten. Na de bewerking de onderdelen grondig met water (volgens KRINKO/BfArM-aanbeveling) spoelen en drogen. Spoel met gedemineraliseerd water om vlekken te voorkomen. De gebruiksooplossing moet bij zichtbare verontreiniging onmiddellijk, anders uiterlijk dagelijks worden vervangen.

Daarna volgt de verdere behandeling volgens regionaal aanbeveling (reiniging, desinfectie, afsluitende desinfectie of sterilisatie afhankelijk van de classificatie van de instrumenten).

Bij prothesen moet de behandeling worden voortgezet voordat ze bij de patiënt worden gebruikt, in overeenstemming met de lokale hygiënevoorschriften.

Bij het reinigen van gedragen prothesen/orthesen moet de oplossing voor elke te reinigen prothese/orthese opnieuw worden aangemaakt om kruisbesmetting te voorkomen.

Neem de productinformatie op www.dr-stamm.de in acht.

Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Sterk zuur (pH 1,9 bij 1% in gedemineraliseerd water), biologisch afbreekbaar.

Bestanddelen

> 30% fosforzuur, 5–15% niet-ionische tensiden, 5–15% kationische tensiden, inhibitor.

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
+P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gevaar



UFI-Code: JQ00-7098-0006-41E4

Ernstige incidenten met het product moeten aan DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

Basis-UDI-DI: ++G014STZ0866

Deze gebruiksaanwijzing is een vertaling. De bindende uitgave is de Duitse versie.
S 3050/09e – 2023/01nl



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-veiligheidsinformatiebladen en productinformatie
als PDF-download op www.dr-stamm.de